OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.
Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Region Halland

Gäller för: Privata Vårdgivare;
Röntgenmottagningen Halmstad

Subkutan venport (Port-a-cath) barn CT

Röntgen Halmstad Sjukhus

Hitta i dokumentet

Syfte
Användning av venport – Port-a-cath
Dokumentation
Genomförande
Kontakt
Uppdaterat från föregående version

Syfte

Beskriver rutinen för hantering av en subkutan venport, Port-a-cath, på barn vid en röntgenundersökning på CT på Röntgen i Halmstad.

Användning av venport – Port-a-cath

För alla barn som har en subkutan venport av märket **CELSITE** inopererad, kan porten användas för injektion av kontrast via tryckspruta. Enligt leverantör klarar dessa portar 325 psi.
Subkutan venport av annat märke än **CELSITE** kan än så länge inte användas för injektion via tryckspruta.
På undersökningar som kräver en hög kontrastinjektionshastighet t. ex angioundersökningar och lungemboli kan inte venporten användas utan PVK måste då sättas.

Dokumentation

Information om inopererad port ska finnas angivet i barnets journal och en papperskopia tas med till röntgen.

Genomförande

OBS! Nålsättning i subkutan venport tar barnkliniken hand om. Venportsnålen som ska användas är Braun Surecan Safety II som är godkänd för högtrycksinjektion och måste vara 19 G.

Kontakt

Barndagvården tel. 74561. Röntgensjuksköterska CT-lab tel. 31350.

Uppdaterat från föregående version
2026-06-16 Uppdaterat av Louise Samuelsson.Ny rutin 2018-10-17