

## OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

# Inhalationer rekvisition primärvården

---

## Hitta i dokumentet

[Akut behandling med inhalationskammare och sprayinhalator](#)

[Inhalationskammare](#)  
[Inhalationsläkemedel](#)

---

## Akut behandling med inhalationskammare och sprayinhalator

I förra veckan utkom nya rekommendationer från Region Halland gällande användning av inhalationskammare istället för nebulisator vid akutbehandlingar av astma och KOL i primärvården under covid-19 på grund av potentiell aerosolbildning vid nebulisering. Därför kan ni behöva se över om ni behöver beställa hem utrustning och läkemedel för detta, utifrån hur ofta ni behöver genomföra denna process. Rekvirera varorna från det apotek ni rekvirerar från enligt sedvanlig process. Observera att vissa varor inte kan beställas från läkemedelsgrossisterna, utan att apoteken måste beställa dem direkt från leverantören. För rekommendationer angående dosering vid inhalation, se följande avsnitt i Terapirekommendationer Halland, kapitel Allergi, Astma och KOL:  
[Astma hos barn och ungdomar – Akutbehandling](#)  
[Astma hos vuxna - Akutbehandling](#)  
[Kronisk obstruktiv lungsjukdomar \(KOL\) – Behandling av exacerbationer](#)

## Inhalationskammare

OBSERVERA! På grund av begränsad tillgång på munstycken, be apoteket att beställa fullständiga inhalationskammare med masker och kopplingar. Finns inte möjlighet att få komplett beställning av Vortex med mask och extra munstycken, beställ istället hem OptiChamber Diamond med extra masker samt väteperoxid för rengöring. Har ni Aiolos masker för nebulisering kan de eventuellt passa till OptiChamber. Den inhalationskammare som rekommenderas för flerpatientbruk i första hand är **Vortex**. Själva inhalationskammaren kan diskas i diskdesinfektor upp till 30 gånger och användas för flerpatientbruk. **Babymask nyckelpiga, barnmask groda och munstycken** som tillhör Vortex **kan inte diskas** i diskdesinfektor och ska kasseras efter användning. PARI barnmasker och vuxenmasker kan användas efter diskdesinfektion, dock behövs munstycket som koppling mellan inhalationskammare och mask. Följande varunummer gäller för Vortex produkter (se nästa sida för illustrerande bild):

- Vortex med munstycke (1 st komplett) varunummer 738089

- Vortex med munstycke (10 st kompletta) varunummer 738090
- Vortex munstycke (1 st) varunummer 210603
- Vortex munstycke (10 st) varunummer 738086
- PARI SMARTmask (1 st) varunummer 200409
- PARI SMARTmask Kids (1 st) varunummer 210043
- Vuxenmask soft med anslutning (1 st) artikelnummer 51G0740 (apoteket beställer denna direkt från Mediplast)

Produkt	Produktbeskrivningeteckning	Artikelnummer	Apoteksnummer
	VORTEX med munstycke	51G5001	738089
	VORTEX med munstycke - 10-pack	51G5100	738090
	Babymask nyckelpiga från ca. 0-2 år	41G0712	732202
	Barnmask groda från ca. 2 år	41G0714	738087
	PARI SMARTMASK	41G0730	200409
	PARI SMARTMASK KIDS	78G5000	210043
	VORTEX munstycke - 10-pack	51G5101	738086
	VORTEX med babymask nyckelpiga från ca 0-2 år	51G5021	
	VORTEX med barnmask grod från ca 2 åra	51G5041	
	VORTEX med vuxenmask	51G5061	
	Vuxenmask soft med maskanslutning	51G0740	

I andra hand rekommenderas **OptiChamber Diamond** som inhalationskammare för flerpatientbruk. Denna inhalationskammare rekommenderas även vid förskrivning till individuella patienter. Själva inhalationskammaren rengörs i diskdesinfektor.  
OBS! Hållbarheten är inte lika bra som för Vortex.

Väteperoxid 3 % töms i ett kärl som går att försluta. Byt en gång/vecka. Väteperoxid 3 % får tömmas ut i avloppet, blir vatten och syre som restprodukt. Använd skyddsglasögon eller visir vid risk för stänk i ögon. Väteperoxid 3 % finns i 250ml flaskor. Vid desinficering med väteperoxid kan inhalationskammaren användas i 12 månader.  
Väteperoxid 3% 250 ml FrostPharma varunummer 779357

Observera att tillbehör i form av mask kan ej rengöras och desinficeras med väteperoxid utan är patientbundna. Beställ därför **mer än en mask av varje storlek** per rekvisitionstillfälle!  
Varunummer för OptiChamber Diamond och tillbehör:

- OptiChamber Diamond (1 st) varunummer 733084
- OptiChamber Lite Touch mask L (1 st) varunummer 733083
- OptiChamber Lite Touch mask M (1 st) varunummer 733082
- OptiChamber Lite Touch mask S (1 st) varunummer 733081

## Inhalationsläkemedel

### Salbutamol:

- Ventoline Evohaler 0,1 mg/dos (oviss restnotering) – varunummer 479543
- Airomir inhalationsspray 0,1 mg/dos (tillgänglig) – varunummer 158883
- Ipratropiumbromid
- Atrovent inhalationsspray 20 µg/dos (tillgänglig) – varunummer 005390
- Flutikason
- Flutide Evohaler 125 µg/dos (tillgänglig) – varunummer 447607

2020-05-11 Ny rutin

2025-02-27 Uppdaterad efter aktuella förutsättningar