

## 04 28 09 Hjälpmedel för stimulering av sinnen genom fysisk beröring

---

### Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)  
[Övrigt](#)  
[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

### ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel för stimulering av sinnen genom statisk eller dynamisk fysisk beröring. Här ingår t.ex. överdrag, kuddar, kläder, borstar, bollar för sensorisk stimulering.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

### Förskrivare

Leg. arbetsterapeut  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast

### Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som innebär motorisk eller psykisk oro.

### Kriterier

Aktivitetsbegränsning och delaktighetsinskränkning till följd av motorisk eller psykisk oro.

### Mål med hjälpmedlet

**Väst:** Bibehålla eller öka aktivitetsförmåga i det dagliga livet genom stimulering av sinnen till ökad kroppsmedvetenhet.

**Sittdyna:** Möjliggöra ökad aktivitetsförmåga i det dagliga livet genom en dynamisk sittställning och stimulera sinnen till att öka kroppsmedvetenhet.

### Övrigt

Beakta leverantörens säkerhetsföreskrifter gällande användning av tyngdväst.

Tyngdväst kan inte förskrivas som träningshjälpmedel.

### Råd i förskrivningsprocessen

#### Bedömning

Bilaga Utprovning tyngdväst kan användas som stöd i bedömningen.

Beakta personens balansförmåga eftersom västen kan medföra ändrad tyngdpunkt.

## Utprovning

Om stöd av hjälpmedelskonsulent önskas vid utprovning, ska alltid bilaga Checklista för hjälpmedel-kognition och kommunikation bifogas.

Det finns möjlighet att boka egen utprovning på Hjälpmedelscentrum i Halmstad, Varberg samt Kungsbacka. Kontakta konsulent vid frågor om storlek.

Vid introduktion av västen bör den användas kortare stunder enligt leverantören. Öka tiden och antal tillfällen successivt.

Västen kan användas och ge effekt inför, under eller efter aktivitet.

Tyngdvästen används vanligen under en avgränsad tid under dagen.

### Uppdaterat från föregående version

Ändringar under Utprovning: Om stöd av hjälpmedelskonsulent önskas vid utprovning, ska alltid bilaga Checklista för hjälpmedel-kognition och kommunikation bifogas.