

# KORNEA – Bakre lamelläer kornealtransplantation (DSAEK och DMEK) - kontroller

---

---

## Sammanfattning

Korneakirurger runt om i landet har lite olika rutiner kring den postoperativa uppföljningen och hänsyn bör tas till detta. Ofta får patienten skriftlig postoperativ information om droppregim och begär alltid journalkopior om dessa inte finns på plats.

## Återbesök 2 (7-10 dagar)

Patienten har oftast denna kontroll hos opererande kornealkirurg.

*Kontrollera:* Läkt epitel? Ligger inre lamellen an mot värdkornea, ingen vätskespalt? (Här kan främre OCT hjälpa till) Inre retning? Tonus? Suturen om det finns (nylon eller vicrylsuture, enstaka) är den lagom spänd.

*Ordination:* Kortisondroppar enl schema. Om epitelet läkt epitel kan man inom någon vecka sätta ut antibiotikasalva.

## Återbesök 3

*Kontrollera:* Visus. Läkt epitel? Mindre ödem i transplantat och värdkornea? Ligger lamellen an mot värdkornea? Tonus? Ögonbotten, makula-OCT för att utesluta CME. Ta bort sutur om det finns kvar.

Repetera symtom vid avstötning för patienten.

*Ordination:* Patienten har ett nedtrappningsschema ordinerat av operatören och detta kan variera beroende på kirurg och ort.

*Kontrollera:* Visus, refraktionering. Tonus. Klart transplantat, och värdkornea? Ögonbotten utan anmärkning? Ev ta bort sutur om kvarvarande (nylon)-  
Repetera för patienten att söka vid minsta symtom som synnedsättning, ljuskänslighet eller ökad rodnad.

## Återbesök (1 år)

*Kontrollera:*

Visus, refraktionering. Tonus. Klart transplantat och värdkornea?

## Återbesök (2 år)

Obs, sköts oftast hos opererande enhet. Samma kontroller som ovan men även endotelcellsmätning (Vilket vi inte har i Halland)

**Uppdaterat från föregående version**

26-03-23 Nytt datum för publicering. /bkn

2026-01-08: Individualiserad kortisonbehandling postoperativt bedöms av operatören.

Ändrade tidsintervaller mellan kontrollerna enl Joanna von Hofsten/bkn

191023: Uppdaterat namn enl namnstandard, författare, granskare och fastställare för dokumentet samt relaterade länkar/bkn916