

Ögonprotes – Ögonkliniken HS

Hitta i dokumentet

[Ögonprotes](#)
[Vid evisceration och enukleation](#)
[Ögonprotes](#)
[Ögonprotes av glas och plast](#)
[Plastprotes](#)
[Adress och telefonnummer för kontakt](#)

[Glasprotesen](#)
[Vid problem med plastprotes](#)
[Förslag på granskare](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Ögonprotes

Vid evisceration och enukleation

Patienter som har genomgått evisceration, enukleation förses med en conformer som förbereder tillpassning av en ögonprotes. Man sköljer rent med koksalt varje morgon och lägger i antibiotikasalva. Vid återbesöket cirka 14 dagar postoperativt inspekteras ögonhålan och då utprovas en provisorisk protes. Protesen tas ut och rengörs vid behov..

Ögonprotes

Ögonprotesen är skålformad, oftast dubbelväggig och ihålig, kan även vara utformad som ett skal så kallade skalprotes. Vilket man väljer beror på ögonhålets utformning.

Ögonprotes av glas och plast

Ögonprotesen tillverkas antingen av glas (fluornatriumsilikat) eller av plast (polymetylakrilat). Ögonprotes av glas varierar i vikt 1,3-3,5 g beroende på storlek. Utprovning och tillverkning av individuellprotes hos anaplastolog sker 6-8 postoperativt. Ögonprotesen är gratis.

Plastprotes

- Du ringer och beställer tid efter specialistremiss från Ögonkliniken.
- Polering/rengöring av protesen en gång/år.
- Ny protes vart 5:e år.
- Är mer tålig än glasprotes
- Behöver poleras någon gång per år, men håller 4-5 år eller längre.
- Kan justeras lite grann om det behövs

Adress och telefonnummer för kontakt

UDesign Ögonkosult AB (Ulla Udenäs)

Värmlands. 32

504 37 Borås

Telefon: 033-41 87 10

Ansiktsprotetiska Kliniken

Baltzargatan 25

211 36 Malmö

Telefon: 040-785 90

Glasprotesen

- Är lättare än en plastprotes
- Kan kännas kall vid låga yttertemperaturer
- Ska bytas ut efter 2 eller 3 år , inga poleringar görs däremellan.

F. AD. MÜLLER SÖHNE AB (Krävs specialistremiss)

Box 126

245 22 Staffanstorps

Telefon: 046-25 01 32

Vid problem med plastprotes

Patient med plastprotes som får problem med akut infektion eller långvarigt skav (ej skött polering,/rengöring av protesen varje år) får söka primärvården i första hand.

Om plastprotes ger besvär med långvarig skav/irritation kan bli aktuellt att byta till glasprotes.

Förslag på granskare

Författare: Andrea Schmid, överläkare

Granskare: Anna Dahlgren, överläkare

Fastställare: Minna Idoffsson, verksamhetschef

Uppdaterat från föregående version

Dokumentet uppdaterat 20-04-02/bkn

Dokument uppdaterat: 21-01-04/bkn