

04 33 04 Ryggkuddar och ryggdynor för att bevara hud och vävnad intakt

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Hjälpmiddel för omfördelning av tryck på ömtåliga delar av ryggen.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför hög risk att utveckla trycksår eller har utvecklat trycksår.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av tryckavlastning.

Mål med hjälpmedlet

Förebygga uppkomst av trycksår genom att reducera och omfördela trycket.

Övrigt

Ryggdynor kan inte förskrivas som hjälpmedel i bil.

Placeras på olika modeller av såväl manuella som eldrivna rullstolar.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Var extra noggrann om brukaren har känselnedsättning.

Vid trycksår eller risk för trycksår bör samråd ske med behandlande läkare/sjuksköterska/distriktsköterska.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Tänk på att rullstolens sittdjup kan påverkas av kudden/dynan.

Utprovning

Om stöd av hjälpmedelskonsulent önskas vid utprovning, ska alltid bilaga Checklista för respektive produktområde bifogas.

Det finns möjlighet att boka egen utprovning på Hjälpmedelscentrum i Halmstad, Varberg samt Kungsbacka.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar.