

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara (automatisk uppresningsfunktion)

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Sängar med möjlighet att reglera en eller flera sektioner av sängbotten i höjd eller vinkel. Inställningen, som regleras elektriskt, kan göras av den som ligger i sängen eller av en vårdare.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför att förflyttning från sittande på sängkant till liggande och åter, och förflyttning i och ur säng, endast kan ske med hjälp av annan person.

Kriterier

Aktivitetsnedsättning som innebär nedsatt förmåga att självständigt förflytta sig från sittande på sängkant till liggande och åter.

Aktivitetsnedsättning som innebär nedsatt förmåga att självständigt förflytta sig i och ur säng.

Mål med hjälpmedlet

Att med stor självständighet möjliggöra förflyttning från sittande på sängkant till liggande och åter.

Att med stor självständighet möjliggöra förflyttning i och ur säng.

Undvika förflyttning med hjälp av personlyft, för att behålla/förbättra nuvarande fysiska förmåga.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Övrigt

Behovet kan inte tillgodoses med enklare hjälpmedel, eller vårdsäng med tillbehör.

Hjälpmiddelscentrum ansvarar alltid för nedmontering av säng i samband med flytt, ommöblering eller renovering.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Till säng med automatisk vridfunktion ingår tryckavlastande madrass upp till sårgrad 3. Vid behov finns även madrass upp till sårgrad 4.

Observera att sängen inte kan kombineras med annan madrass, stödhandtag eller grindskydd.

Tänk på att justerbart ryggstöd kan innebära ökad risk för trycksår/skjuv.

Innan säng levereras ska utrymmet vara iordningställt så att sängen får plats.

Eluttag ska finnas tillgängligt.

Sängen ska placeras på ett ändamålsenligt sätt för brukare och närstående/personal.

För ytterligare information se Socialstyrelsens hemsida angående begränsningsåtgärder.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar.