

# 18 12 28 Lyftbågar att fästa på sängar

---

## Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)  
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)  
[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## ISO-kodsdefinition

Löstagbara skenor som gör det möjligt för en person att förflytta sig i sängen eller sätta sig upp själv.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

## Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

## Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför svårighet vid lägesändring i säng samt förflyttning i och ur säng.

## Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet med lägesändring i säng samt förflyttning i och ur säng.

## Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra självständig lägesändring i säng, i och ur säng, eller mer aktivt kunna medverka i personlig omvårdnad i säng.

## Övrigt

Här ingår stöd och vändhandtag och uppresningsstöd som skruvas fast i sänggram eller spänns mot sänggram.

Fristående lyftbågar se ISO-kod 12 31 09.

## Råd i förskrivningsprocessen

### Utprovning

Var uppmärksam på respektive leverantörs rekommendationer gällande säkerhetsavstånd mellan sänggavel och tillbehör.

## **OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.**

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

### **Uppdaterat från föregående version**

Inga ändringar.