

# 18 12 24 Separata ställbara rygg- och benstöd för sängar

---

## Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)  
[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel som understödjer olika kroppsdelar för en person som ligger i en säng.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

## Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

## Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande, från sittande till liggande i säng eller förflyttning i och ur säng.

Person med nedsättning i andningsfunktion eller andningsmuskelfunktion som inte klarar att ligga i plant läge.

## Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att självständigt ändra kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng.

Nedsatt andningsfunktion eller andningsmuskelfunktion som innebär begränsad förmåga att vila/sova i plant läge.

## Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra självständig lägesförändring eller förflyttning i och ur säng.

Möjliggöra sömn/dygnsvila för personer med nedsatt andningsfunktion eller andningsmuskelfunktion.

## Råd i förskrivningsprocessen

### Bedömning

Vid osäkerhet om användandet av sängryggstöd kan innebära risk för person med hjärt-lungsjukdom bör samråd ske med behandlande läkare.

Tänk på att justerbart ryggstöd kan innebära ökad risk för trycksår/skjuv.

## **OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.**

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

### **Utprovning**

Saknas huvudgavel vid montering av ställbart ryggstöd ska sängen placeras mot vägg för ökad stabilitet.

Se till att spännbanden är hårt åtdragna och att ryggstödet ligger stadigt i sängen.

Ovanpå sängryggstödet bör en bäddmadrass användas.

Vid avsaknad av fotgavel på sängen ska risken att ovanpåliggande madrass glider beaktas.

### **Uppdaterat från föregående version**

Inga ändringar.