

## 09 12 15 Toalettstolsförhöjningar (separata)

---

### Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)  
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)  
[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

### ISO-kodsdefinition

Lösa toalettstolsförhöjningar som placeras direkt på porslinet och som utan svårighet kan lyftas bort från toaletten.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

### Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

### Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.

### Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.  
Används där fast monterade toalettstolsförhöjningar inte fungerar.

### Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.

### Råd i förskrivningsprocessen

#### Bedömning

En löst monterad toalettstolsförhöjning går inte att få lika hög som en fristående toalettstolsförhöjning.

#### Utprovning

Montera toalettstolsförhöjningen centrerad på porslinet för ökad stabilitet och minimerad tipprisk.

### Uppdaterat från föregående version

Rubrik

