

09 24 03 Kvarliggande katetrar

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Rör som förs in i urinröret och möjliggör tömning och sköljning av urinblåsan under längre tid.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. läkare.
Leg. sjuksköterska.
Leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.
Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.
Leg. barnmorska.
Dipl. uroterapeut.

Målgrupp

Person med tömningsproblem av urinblåsan där behandling med ren intermitterent kateterisering inte fungerar.

Kriterier

Blåstömningssvårigheter där inget annat alternativ finns.

Mål med hjälpmedlet

Blåstömning.

Övrigt

Här avses samtliga kvarliggande katetrar oavsett spetstyp och material, samt tillbehör såsom hudvänlig fixeringstejp till kateterslang, kateterklämma, kateterventil och kateterpropp.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Inläggning av kvarliggande kateter sker efter läkarordination och ska dokumenteras. Datum för insättande, behandlingstidens längd, bytesintervall, kateterns material, Charrière, kuffvolym och innehåll ska dokumenteras. Kvarliggande kateter kan placeras uretralt eller suprapubiskt. Katetergrovlek anges i Ch (Charrière).

Initiering av kvarliggande katetrar med Tiemannspets sker efter ordination av leg. läkare.

Uppdaterat från föregående version

Ingen ändring