

12 22 03 Manuella tvåhjuldrivna rullstolar (rullstol med elektrisk uppresningsfunktion)

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Rullstolar utformade för att framföras av den person som sitter i rullstolen genom att denna person med båda händerna skjuter på hjulens däck eller drivringar.
Här ingår t.ex. framhjuldrivna och bakhjuldrivna rullstolar.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.
I samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför avsaknad av gångförmåga och som har behov av att kunna utföra aktivitet i stående.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av att framföra rullstol samt att frekvent kunna utföra aktivitet i stående.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning samt aktivitet i stående i olika miljöer för att främja delaktighet, i kombination med att befrämja de medicinska fördelar en stående position innebär.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent inför utprovning. Bilaga Checklista inför utprovning av manuell rullstol ska bifogas.

Ta hänsyn till eventuella kontrakturer i de nedre extremiteterna som kan påverka ett upprätt stående.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Övrigt

Ett par drivringar i metall ingår i rullstolens hyra. Vid förskrivning av friktionsdrivringar debiteras vårdgivande verksamhet.

Rullstol, tillbehör eller anpassning som endast är avsedda att användas inom organiserad idrottsverksamhet kan inte förskrivas.

Transport i fordon

Generellt rekommenderar ingen tillverkare att en manuell rullstol används som passagerarsäte i fordon. Det är viktigt att följa anvisningen i manualen från just den leverantör som tillverkat den aktuella rullstolen.

Uppdaterat från föregående version

Ingen ändring.