

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning (slingstyrning)

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Elektriskt drivna rullstolar som aktiveras av användaren med hjälp av ett elektroniskt styrdon. Här ingår t.ex. självbalanserande rullstolar.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.
I samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp

Person med bestående funktionsnedsättning som medför stor svårighet att gå.

Kriterier

En medicinsk diagnos ska ligga till grund för gångsvårigheterna.

Aktivitetsbegränsning som innebär stor svårighet att gå och där behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel.

Slingstyrd eldriven rullstol kan förskrivas till brukare som inte klarar att köra fritt, utan behöver uppmärkt slinga.

Brukaren ska själv kunna klara av joystick/kontakt utan medverkan av personal och medvetet kunna köra när hen vill.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Barn och ungdom

Läkare ansvarar för att det inte föreligger medicinska hinder för brukaren att framföra eldriven rullstol. Eventuella perceptionsstörningar ska beaktas vid bedömningen.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra självständiga förflyttningar och öka möjligheterna till kommunikation t.ex. påkalla uppmärksamhet, välja social samvaro/samspel, utveckla rum-, tid- och kroppsuppfattning samt kunna uttrycka sin vilja.

Övrigt

Här avses inte självbalanserade eldrivna rullstolar utan andra alternativa styrsätt/ joystickstyrda eldrivna rullstolar.

Förskrivning får enbart ske om nedanstående punkter gällande förvaring är uppfyllda:

Förvaringsutrymmet ska vara utformat så att stöld och skadegörelse på den eldrivna rullstolen förhindras.

Förvaringsutrymmet ska vara försett med eluttag.

Laddning får ej ske i våtutrymme.

Förvaringsutrymmets temperatur får ej understiga +5°C då det finns risk för kondens i elektroniken och batterierna kan ta skada av för låg temperatur. Detta påverkar den eldrivna rullstolens driftssäkerhet och därmed patientsäkerheten.

Allmänna utrymmen kan godtas om ovanstående gällande förvaring är uppfyllt.

Eldriven rullstol levereras av personal från Hjälpmedelscentrum tillsammans med förskrivare

Där personal är behjälplig vid skötsel eller behöver köra den eldrivna rullstolen, ansvarar dennes arbetsgivare för att ny personal får introduktion om handhavandet av rullstolen.

Återtagande av eldriven rullstol ska ske om brukaren inte längre uppfyller kriterierna.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Tillsammans med brukare och eventuellt anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov, mål, i vilken miljö den eldrivna rullstolen ska användas och var den ska förvaras. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgrad.

Eldriven rullstol ska inte förskrivas till brukare som har pågående alkohol- eller drogmissbruk eller mediciner som påverkar körförmågan negativt.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Om stöd av hjälpmedelskonsulent önskas vid utprovning ska bilaga Checklista eldriven rullstol skickas till Hjälpmedelscentrum.

Förskrivaren är ansvarig för bedömning om brukaren klarar av att framföra eldriven rullstol. Vid behov ska förskrivaren samråda med läkare för bedömning.

För personer med kognitiv nedsättning kan en längre period av anpassad träning i den egna miljön vara nödvändig. Se bilaga Checklista eldriven rullstol.

Barn och ungdom

Föräldrar eller annan vårdgivare ansvarar för att barnet/ungdomen kör i lämplig trafikmiljö. Se bilaga Körträning eldriven rullstol barn och ungdom.

Utprovning

Förskrivaren ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer den eldrivna rullstolen ges till brukare eller annan ansvarig person.

Förskrivaren ansvarar för att de dokument som gäller den eldrivna rullstolen går igenom tillsammans med brukaren eller annan ansvarig person samt skrivs på.

Förskrivaren ansvarar för körträning i aktuell miljö och checklista ska användas. Se bilaga Checklista vid körträning av eldriven rullstol. Körträningen ska ses som en bedömningsperiod. Uppfyller brukaren ej kriterierna för körträningen, har förskrivaren skyldighet och rätt att återta hjälpmedlet.

Uppföljning

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker efter tre månader därefter minst en gång om året. Använd bilaga Uppföljning eldriven rullstol.

Vid uppföljning ska en bedömning av körförmågan göras samt utvärdera mål och om eventuella korrigeringsåtgärder måste vidtas.

Om brukaren har en progressiv sjukdom ska även en medicinsk uppföljning göras vad gäller körförmågan.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar..