

12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Eldrivna rullstolar som manövreras av en assistent med ett elektroniskt styrdon eller fjärrkontroll.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.
I samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp

Person med bestående funktionsnedsättning som medför stor svårighet att gå.

Kriterier

En medicinsk diagnos ska ligga till grund för gångsvårigheterna.

Person med aktivitetsbegränsning som innebär stor svårighet att gå och där behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel, manuell rullstol eller manuell rullstol med drivaggregat.

Person med funktionsnedsättning som innebär att personen inte kan framföra elrullstolen självständigt.

Det är tungt (brukarvikt och/eller rullstolens beskaffenhet) för medhjälparen att köra brukaren i manuell rullstol eller att närmiljön är av sådan karaktär att det behövs motoriserad drivning och broms för att medhjälparen ska kunna framföra rullstolen på ett säkert sätt.

Mål med hjälpmedlet

Ge ökad möjlighet till förflyttning i personens dagliga aktiviteter med insats av anhörig och/eller vårdare.

Övrigt

Förskrivning får enbart ske om nedanstående punkter gällande förvaring är uppfyllda:

Förvaringsutrymmet ska vara utformat så att stöld och skadegörelse på den eldrivna rullstolen förhindras.

Förvaringsutrymmet ska vara försett med eluttag.

Laddning får ej ske i våtutrymme.

Förvaringsutrymmets temperatur får ej understiga +5°C då det finns risk för kondens i elektroniken och batterierna kan ta skada av för låg temperatur. Detta påverkar den eldrivna rullstolens driftssäkerhet och därmed patientsäkerheten.

Allmänna utrymmen kan godtas om ovanstående gällande förvaring är uppfyllt.

Eldriven rullstol levereras av personal från Hjälpmedelscentrum tillsammans med förskrivare.

Vid transport i fordon se respektive leverantörs bruksanvisning.

Där personal är behjälplig vid skötsel eller behöver köra den eldrivna rullstolen, ansvarar dennes arbetsgivare för att ny personal får introduktion om handhavandet av den eldrivna rullstolen.

Återtagande av eldriven rullstol ska ske om brukaren inte längre uppfyller kriterierna.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Tillsammans med brukare och anhöriga, närstående och berörda personalgrupper utreds behov, mål, i vilken miljö den eldrivna rullstolen ska användas och var den ska förvaras. Alternativa lösningar värderas och en bedömning görs av den totala nyttan samt användningsgrad.

Om stöd av hjälpmedelskonsulent önskas vid utprovning ska bilaga Checklista eldriven rullstol skickas till Hjälpmedelscentrum.

Utprovning

Utprovning sker på Hjälpmedelcentrum. Hembesök görs endast om specifika skäl föreligger, exempelvis vid svårbedömda fall av den eldrivna rullstolens framkomlighet i närmiljön eller inomhus eller om brukaren på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Förskrivaren ansvarar för körträning samt bedömer om anhörig och/ eller vårdaren kan framföra eldriven rullstol på ett säkert sätt.

Förskrivaren ansvarar för att de skötsel-/bruksanvisningar som medföljer den eldrivna rullstolen ges till brukare eller annan ansvarig person.

Förskrivaren ansvarar för att de dokument som gäller hjälpmedlet eldriven rullstol går igenom tillsammans med brukaren eller annan ansvarig person samt skrivs på.

Uppföljning

Förskrivaren ansvarar för att uppföljning sker efter tre månader därefter minst en gång om året. Använd bilaga Uppföljning eldriven rullstol.

Vid uppföljning utvärderas mål och om eventuella korrigeringsåtgärder behöver göras.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar..