

# 12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar

---

## Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att driva rullstolen med eller utan manuell kraft. Här ingår t.ex tilläggsmotorsatser som används för drivning.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

## Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

## Målgrupp

Person som har en funktionsnedsättning som medför behov av motoriserad hjälp för att framföra manuell rullstol.

## Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär att personen inte kan framföra rullstolen självständigt och därmed behöver hjälp av annan person.

Aktivitetsbegränsning som innebär att person med nedsatt kraft och uthållighet har svårigheter att självständigt framföra rullstolen via drivringarna.

Aktivitetsbegränsning som innebär att person med nedsatt kraft och uthållighet har svårigheter att självständigt framföra fastramstolen via drivringarna. Här avses drivaggregat med motoriserad drivning lätt transportvikt.

Behovet och utförandet ska vara regelbundet och frekvent.

## Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning med hjälp av annan person.

Möjliggöra självständig förflyttning.

## Råd i förskrivningsprocessen

### **Bedömning**

Brukarmanövrerat drivaggregat ska inte förskrivas till person som har pågående alkohol- eller drogmissbruk. Inte heller om personen har kognitiv-, hörsel- eller synnedsättning eller mediciner som påverkar körförmågan negativt.

Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent inför utprovning av brukarmanövrerat drivaggregat. Bilaga Checklista utprovning av brukarstyrt drivaggregat för manuell rullstol ska bifogas.

### **Utprovning**

Begränsning vid hindertagning och lutning ska beaktas.

### **Övrigt**

Ett batteri ingår i hyran. Vid förskrivning av ytterligare batteri debiteras vårdgivande verksamhet.

### **Transport i fordon**

Generellt rekommenderar ingen tillverkare att en manuell rullstol används som passagerarsäte i fordon. Det är viktigt att följa anvisningen i manualen från just den leverantör som tillverkat det aktuella drivaggregatet och rullstolen.

## **Uppdaterat från föregående version**

Inga ändringar.