

12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att driva rullstolen med eller utan manuell kraft. Här ingår t.ex tilläggs motorsatser som används för drivning.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person som har en funktionsnedsättning som medför behov av motoriserad hjälp för att framföra manuell rullstol.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär att personen inte kan framföra rullstolen självständigt och därmed behöver hjälp av annan person.

Aktivitetsbegränsning som innebär att person med nedsatt kraft och uthållighet har svårigheter att självständigt framföra rullstolen via drivringarna.

Aktivitetsbegränsning som innebär att person med nedsatt kraft och uthållighet har svårigheter att självständigt framföra fastramstolen via drivringarna. Här avses drivaggregat med motoriserad drivning lätt transportvikt.

Behovet och utförandet ska vara regelbundet och frekvent.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning med hjälp av annan person.

Möjliggöra självständig förflyttning.

Råd i förskrivningsprocessen

Vårdriktlinje: Drivaggregat - Hjälpmedel

Fastställd av: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, Fastställt: 2025-01-07

Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC

Medförfattare:

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Bedömning

Brukarmanövrerat drivaggregat ska inte förskrivas till person som har pågående alkohol- eller drogmisbruk. Inte heller om personen har kognitiv-, hörsel- eller synnedläggning eller mediciner som påverkar körförmågan negativt.

Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent inför utprovning av brukarmanövrerat drivaggregat. Bilaga Checklista utprovning av brukarstyrt drivaggregat för manuell rullstol ska bifogas.

Utprovning

Begränsning vid hindertagning och lutning ska beaktas.

Övrigt

Ett batteri ingår i hyran. Vid förskrivning av ytterligare batteri debiteras vårdgivande verksamhet.

Transport i fordon

Generellt rekommenderar ingen tillverkare att en manuell rullstol används som passagerarsäte i fordon. Det är viktigt att följa anvisningen i manualen från just den leverantör som tillverkat det aktuella drivaggregatet och rullstolen.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar.