

# 12 36 03 Mobila lyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av slingsäten

---

## Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)  
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)  
[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## ISO-kodsdefinition

Utrustning för att lyfta och fritt förflytta en person i sittande, halvsittande eller halvliggande ställning med kroppsstödsenheten bestående av selar.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

## Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

## Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att förflytta sig från en plats till en annan.

## Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller medför stora svårigheter att självständigt eller med hjälp av annan person förflytta sig från en plats till en annan.

## Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra och underlätta förflyttning med hjälp av annan person.

## Övrigt

En lättare delbar lyft kan förskrivas till brukare för kortvarigt behov i samband med resa. Lyften ska returneras till Hjälpmedelscentrum efter resans slut.

Vid medicinska skäl kan våg förskrivas som ett tillbehör till lyften. Förskrivning av våg ska ske i samråd med ansvarig leg. sjuksköterska.

## Råd i förskrivningsprocessen

### Bedömning

Bedöm lyftbygels bredd utifrån modell av lyftsele, se ISO-kod 12 36 21.

**Uppdaterat från föregående version**  
ISO-kodsdefinition