

12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Utrustning för att lyfta och flytta en person på en viss plats.
Här ingår t.ex. lyftar vid simbassänger.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att förflytta sig från en plats till en annan.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller medför stor svårighet, att självständigt förflytta sig från en plats till en annan.

Tak/väggmonterad personlyft med åkmotor kan förskrivas till person för att självständigt klara förflyttningen.

Andra överflyttningshjälpmedel och mobil lyft ska vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån personens funktionsnedsättning och totala omvårdnadssituation.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra och underlätta en förflyttning självständigt eller med hjälp av annan person.

Övrigt

Vid förskrivning av taklyft ska bilaga Checklista inför utprovning av personlyft, fyllas i och skickas till hjälpmedelskonsulent.

Förskrivaren ska informera fastighetsägaren om regler för installation, nedmontering och återställning. Fastighetsägaren ska godkänna och underteckna bilaga Installation och återställning av fast monterade hjälpmedel. Kopia av denna ska sedan bifogas förskrivningen.

Hembesök görs tillsammans med förskrivare, hjälpmedelskonsulent, representant från leverantör och fastighetsägare. Fastighetsägaren ska kunna redogöra för fastighetens konstruktion då det kan påverka möjliga lösningar för montering av taklyft.

Leverantören lämnar offert som ska godkännas av förskrivare och kostnadsansvarig.

Förskrivaren skickar in förskrivning tillsammans med kopia av undertecknad bilaga Installation och återställning av fast monterade hjälpmedel. Därefter beställs lyft samt montering.

Leverantören kontaktar brukaren inför montering och monterar sedan lyften. Brukaren ansvarar för att aktuellt rum är iordningsställt inför monteringen. Rummet kan inte användas på monteringsdagen.

Hjälpmedelscentrum ansvarar för att montera ner taklyften i samband med flytt, ommöblering eller renovering.

Taklyft kan inte förskrivas till pool/simbassäng.

Vid medicinska skäl kan våg förskrivas som ett tillbehör till lyften. Förskrivning av våg ska ske i samråd med ansvarig leg. sjuksköterska.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Fast monterad taklyft kan vara ett alternativ t.ex. hos tunga brukare, vid överflyttning i trånga utrymmen samt då tillräckligt hög lyfthöjd inte kan uppnås med mobil lyft.

Bedöm lyftbygels bredd utifrån modell av lyftsele, se ISO-kod 12 36 21.

Uppdaterat från föregående version

ISO-kodsdefinition