

12 36 18 Stationära fristående lyftar

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Utrustning för att lyfta och förflytta en person inom ett område begränsat av utrustningen.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att förflytta sig från en plats till en annan.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller medför stor svårighet, att självständigt förflytta sig från en plats till en annan.

Fristående taklyft kan förskrivas då man av utrymmesskäl eller andra skäl inte kan använda mobil personlyft.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra och underlätta förflyttning självständigt eller med hjälp av annan person.

Övrigt

Vid förskrivning av fristående taklyft ska bilaga Checklista inför utprovning av personlyft, fyllas i och skickas till hjälpmedelskonsulent.

Hjälpmedelscentrum ansvarar för att montera ner lyften i samband med flytt, ommöblering eller renovering.

Vid medicinska skäl kan våg förskrivas som ett tillbehör till lyften. Förskrivning av våg ska ske i samråd med ansvarig leg. sjuksköterska.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Mät takhöjd och bredd på rummet där lyften ska monteras.

Stationär fristående taklyft kan vara ett alternativ t.ex. hos tunga brukare, vid överflyttning i trånga utrymmen, då behovet bedöms som tidsbegränsat, samt då tillräckligt hög lyfthöjd inte kan uppnås med mobil lyft.

Bedöm lyftbygels bredd utifrån modell av lyftsele, se ISO-kod 12 36 21.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar.