

12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel som ger stöd till en person som lyfts i en lyft.
Här ingår t.ex. slingor, sitsar, bårar och toalettstolar till såväl mobila som stationära personlyftar.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person som använder personlyft.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som medför att personlyft används.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning med lyft.

Övrigt

Önskas medverkan av hjälpmedelskonsulent vid utprovning ska checklista, se bilaga
Checklista inför utprovning av personlyft, fyllas i och skickas till hjälpmedelskonsulent.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Tänk på att valet av lyftbygel påverkar lyftselens funktion. Välj därför alltid lyftbygel efter hur lyftselen används.

Generellt gäller att om brukaren ska ha armarna innanför lyftsela ska bygel vara lika bred som brukarens axlar och om brukaren ska ha armarna utanför lyftselen ska bygel vara lika bred som brukarens bål.

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Utprovning

Om brukaren måste sitta kvar på lyftselen, var noga med att kontrollera att lyftselen är rätt applicerad inför nästa lyft.

För att förebygga trycksår uppmärksamma veck på lyftselen samt kontrollera brukarens hud regelbundet.

Det finns möjlighet att boka egen utprovning på Hjälpmedelscentrum i Halmstad, Varberg samt Kungsbacka.

Övrigt

Lyftselen ska kontrolleras enligt leverantörens anvisningar. Observera att trasig lyftsele aldrig får lagas utan ska bytas ut.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar.