

# CT njurar inför njurdonation metodbeskrivning Röntgen HSV

---

## Hitta i dokumentet

[Undersökningsserier protokoll 6:26](#)

[Efterbearbetning](#)

[Kontaktpersoner på Transplantationsenheten](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Undersökningsserier protokoll 6.26

1. Hela urinvägarna före kontrast, alltså vanlig sten-CT, men där även binjurar omfattas.
2. Njurartärer. Denna serie ska omfatta från truncus coeliacus ned till och med iliaca communis, med andra ord från diafragma till höftleder, där acetabulum ovkant är lämplig slutpunkt. Denna serie kartlägger artäranatomin. 5 ml/s, 100 ml, ev. mindre mängd kontrast om patienten är liten till växten. Baslinje i L1. ROI i aorta.
3. Njurparenkymet, delay cirka 90 sekunder från infusionens början, omfattar njurar och binjurar.
4. Utsöndringsserie, alltså en vanlig sen serie genom hela urinvägarna, efter 15 minuter.

## Efterbearbetning

Skicka över alltsammans till PACS, alltså även 0,6 mm-snitten från alla serier. De automatiska rekonstruktionerna går över till PACS såsom vid andra CT-undersökningar. Gör 3D-rekonstruktioner på artärserien.

## Kontaktpersoner på Transplantationsenheten

Koordinator Ulla-Maj Andersson Tfn: 031- 342 70 40

Fax: 031-41 97 11

Koordinator Annette Lennerling Tfn: 031-342 70 39

Transplantationsenheten rekvrirerar undersökningen inför operation.

## Uppdaterat från föregående version

2023-04-27: Årlig uppdatering. Raderat mening om mätning av wash-out.

2019-12-02: Årlig uppdatering utan ändring.

Undersökningen behöver inte längre länkas till Transplantationsenheten SU/S enl. koordinator Ulla-Maj Andersson.

Lagt till kontrastdos samt baslinje och ROI under punkt 2.