

# Hypofarynx metodbeskrivning HSV

---

## Hitta i dokumentet

[Förberedelser](#)  
[Akut undersökning](#)  
[Ej akut undersökning](#)

[Bildtagning hypofarynx](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Förberedelser

Kontrollera patientens identitet och informera om undersökningen. Patienten står/sitter med ryggen mot bordsskivan. Genomlysningssfrekvens 10 bilder/s.

## Akut undersökning

Vid frågeställning främmande kropp – Tombild frontal och sida  
Kontrast: Visipaque 270 mg I/ml eller Omnipaque 240 mg I/ml  
Bildtagning: Se nedan.

## Ej akut undersökning

Kontrast: E-Z-HD Barium Sulfate

## Bildtagning hypofarynx

### Serie 1

Rak sidoprojektion centrerad så att epifarynx är med. Spara genomlysningsskvenser.  
Förstoringsgrad 42

### Serie 2

Frontalprojektion. Vinkla C-bågen så att hakan kommer i linje med skallbasen. Spara genomlysningsskvenser. Sätt höger och vänster märke.  
Förstoringsgrad 42

## Uppdaterat från föregående version

2022-12-05: Årlig uppdatering utan ändring.  
2020-02-06: Årlig uppdatering utan ändring.  
2017-11-28: Reviderad utan ändring.  
Ändrat namn på kontrast. Lagt till info om akut undersökning. Delat på vårdriktlinje för hypofarynx och esofagus.