

Barnmisshandel

Hitta i dokumentet

[Indikationer](#)
[Kontraindikationer](#)
[Modalitet](#)
[Patientförberedelser och säkerhet](#)
[Läkemedel/kontrastmedel](#)
[Strålskydd](#)
[Undersökningsprocedur](#)

[Utförande](#)
[Dokumentation](#)
[Patient eftervård](#)
[Standardbilder](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Indikationer

Misstanke om barnmisshandel. Uppföljning av barnmisshandel, ofta tas nya bilder efter 10-14 dagar.

Kontraindikationer

Modalitet

Detektor.

Patientförberedelser och säkerhet

Kontrollera ID och att rätt organ och rätt sida undersöks.

Läkemedel/kontrastmedel

Strålskydd

Allmänt strålskydd, se [vårdriktlinje](#).

Undersökningsprocedur

Sidomärkning ska synas i bildfältet.

Utförande

| | |
|--------------|---|
| Skalle | Frontal, halvaxial, sidobild bilateralt |
| Bröstrygg | Sida |
| Ländrygg | Sida |
| Bäcken | Frontal |
| Toraxskelett | Frontal så att klavikel, skapula och sternum inkluderas |

Långa rörben, överarm, underarm,
lårben, underben, fot
Armbåge, handled, fotled

Frontaler inklusive angränsande leder

Sida

På klinisk misstanke utförs frekvent CT-skalle.

Dokumentation

Utförande röntgensjuksköterska fyller i sitt ID.
Dokumentera allmänt strålskydd.
Dokumentera om avvikelser sker.

Bildkriterier/rekonstruktioner/bildbearbetning/arkivering

Se separata undersökningsbeskrivningar.

Patient eftervård

Standardbilder

Uppdaterat från föregående version

2023-04-17: Årlig uppdatering utan ändring.
2022-06-14: Årlig uppdatering utan ändring.
2019-10-28: Årlig uppdatering utan ändring.
Uppdaterat pga. nya skelettlab.