

# MR-undersökning av patient med mekanisk hjärklaff

## Röntgen Vbg

---

### Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)  
[Utförande](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Sammanfattning

Med syfte att upprätthålla säkerheten och samtidigt ha en hanterbar rutin för dessa patienter gäller följande:

När patienten själv eller remittenten meddelar oss att patienten har en mekanisk hjärklaff inopererad

- Beställ operationsberättelse från aktuell klinik.
- Alla St. Jude-klaffar (vanligast på SU) är MR-kompatibla för 1,5 T Magnetkamera. Se bifogat intyg.
- Alla Björk-Shiley är MR-kompatibla för 1,5 T Magnetkamera enligt rutin på SU.
- Klaffarna kollas upp i Sahlgrenskas implantatutlåtande.
- Alla biologiska klaffar går bra att köra direkt. Rutin på SU.

Är inte hjärklaffen något av ovanstående görs inte undersökningen.

## Utförande

Kör undersökningen på normal mode.

### Uppdaterat från föregående version

2023-08-23: Årlig uppdatering. Raderat kontaktuppgifter till Hjärtarkivet SU och SHC Carlanderska. Tagit bort punkt om att övriga fabrikat ska kollas i Sherlock, och att alla i listan är safe eller conditional 1. Lagt till punkt om att klaffarna ska kollas i Sahlgrenskas implantatutlåtande.

2019-11-14: Årlig uppdatering utan ändring.