

# Port a cath-kontroll metodbeskrivning HSV

---

## Hitta i dokumentet

[Förberedelser](#)  
[Kontrast](#)  
[Genomförande](#)

[Övrigt](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Förberedelser

Avdelningen sätter in eller skickar med en specialnål till port a cath:en.

## Kontrast

Ultravist 240 mg I/mg

## Genomförande

Röntgenläkaren sprutar kontrastmedel via specialnålen, genomlyser och enstaka bilder tas. Spola alltid igenom nålen med NaCl efter kontrastinjektionen.

## Övrigt

Skicka med röntgenjournal med anteckning om given kontrastmängd.

## Uppdaterat från föregående version

2023-01-02: Årlig uppdatering utan ändring.  
2019-11-12: Årlig uppdatering utan ändring.  
2017-11-28: Tagit bort avsnitt angående heparinisering.