

# Ventrikel metodbeskrivning HSV

---

## Hitta i dokumentet

[Förberedelser](#)  
[Material](#)  
[Kontrast](#)  
[Genomförande](#)

[Bildtagning](#)  
[Övrigt](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Förberedelser

Kontrollera patientens identitet och informera om undersökningen. Patienten ska vara fastande från kl. 24:00.

## Material

V-sond  
Sondspruta  
Näsplåster  
Luftballong  
Xylocaingel

## Kontrast

E-Z-HD Barium Sulfate.

Vid eventuell läckagefrågeställning: vattenlöslig kontrast Omnipaque 240 mg I/ml

## Genomförande

Först bedövas näsborren. V-sonden förs ner via näsan till magsäcken. Fixera sonden med näsplåstret. Därefter ges kontrasten via sonden, cirka 40 ml. Eventuellt tas enstaka bilder innan man blåser luft. Blås därefter luft, tag bilder. Därefter dras v-sonden och esofagusbilder tas. Patienten dricker då resterande kontrast.

## Bildtagning

1. Vänster sidoläge
2. Vänster sidoläge, lätt lutande mot ryggen.
3. Liggande platt på rygg.
4. Bild i höger sidoläge, centrerat rakt mot curvatura minor och cardia.
5. Höger sidoläge, vriden mot bukläge till.
6. Ytterligare vridning mot bukläge.
7. Nästan helt i bukläge.
8. Börja på nytt med patienten i vänster sidoläge och vrid sedan långsamt mot rygg. Under genomlysning tas ett par bilder mot canalis och bulbregionen, där denna presenterar sig bäst.

## Övrigt

Informera patienten om att det är bra att dricka mycket efter undersökningen för att förhindra förstoppning.

### **Uppdaterat från föregående version**

2023-01-02: Årlig uppdatering utan ändring.

2019-11-12: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-12-04: Reviderad utan större ändring.

Vattenlöslig kontrast vid läckagefrågeställning