Skriv ut

Region Halland

Protokoll HbA1c-kontroll

Alere Afinion

Avd/Enhet: _____ Instrumentnr: _____

CI Kontroll LOT: _____ Uppgivet värde: _____ - _____ mmol/mol

Datum	Uppmätt värde	Eget värde: _____ mmol/mol (-4 -3 -2 -1 ↓ 1 2 3 4)	LOT HbA1c-kassett	Sign

CII Kontroll LOT: _____ Uppgivet värde: _____ - _____ mmol/mol

Datum	Uppmätt värde	Eget värde: _____ mmol/mol (-4 -3 -2 -1 ↓ 1 2 3 4)	LOT HbA1c-kassett	Sign

Afinion HbA1c kontrollkit består av HbA1c-kontroller i två nivåer, 1 flaska av vardera nivå. Analysera kontroll **CI** i början av veckan och kontroll **CII** i slutet av veckan. Oöppnad kontroll är hållbar till utgångsdatum vid förvaring i kylskåp. Öppnad kontroll är hållbar 2 månader (60 dygn) vid förvaring i kylskåp.