

Avd/Enhet: _____

Instrumentnr: _____

[illegible][illegible]

QuikRead Go har CRP-kontroller i två nivåer, Control och Control High. Analysera kontroll Control i början av veckan och kontroll Control High i slutet av veckan. Öppnad kontroll är hållbar till utgångsdatum vid förvaring i kylskåp. Öppnad kontroll är hållbar 2 månader vid förvaring i kylskåp.